

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 791
van **FREYA SAEYS**
datum: 20 juli 2017

aan **JO VANDEURZEN**
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Zorginspectie - Eisenkader desinfecteren endoscopen in ziekenhuizen

Uit een onderzoek van Zorginspectie Welzijn blijkt dat ziekenhuizen onzorgvuldig omspringen met het desinfecteren van flexibele endoscopen met lumen na elk gebruik. Het onderzoek betrof gastro-, broncho- en cystoscopen. Deze flexibele endoscopen zijn niet geschikt voor desinfectie aan hoge temperaturen en de nauwe kanalen zijn moeilijk te reinigen. Een slechte desinfectie kan leiden tot verkeerde diagnose, besmettingen met bacteriën en schimmels en overdracht van virussen.

De fouten situeren zich bij de voorreiniging, onvoldoende manuele reiniging van de kanalen die de slijmen verwijderd, onvoldoende reiniging van de reinigingsborstels en hergebruik van deze borstels, afwezigheid van droogkast voor bewaring na machinale desinfectie, geen nieuwe desinfectie indien niet gebruikt binnen de vier uur. Onreine endoscopen werden gedurende meerdere dagen in hun originele transportkoffers met uitgesneden mousse bewaard. De koffers met op maat uitgesneden mousse kunnen niet goed gereinigd worden, waardoor er een groot risico is op bacteriegroei en kruisbesmetting. Er werd een manifest gebrek aan kennis bij artsen en medewerkers vastgesteld vooral omdat die desinfectie niet centraal gebeurt. Tracering en registratie is nergens volledig en bij transport is er geen aanduiding van rein of onrein.

Op zijn website geeft Zorginspectie aan dat de Vlaamse overheid samen met de betrokken sector een eisenkader zal opstellen dat verduidelijkt hoe de desinfectie van flexibele endoscopen moet gebeuren. De werkgroep die daartoe zal worden samengeroepen, zal zijn werkzaamheden starten in het najaar.

1. Wanneer zal dat eisenkader ontwikkeld zijn?
2. Wanneer zal dat nieuwe eisenkader in werking treden?
3. Wanneer zal Zorginspectie een vervolgininspectie op dit item doen?
4. Zal ook een oplossing worden uitgewerkt voor het probleem dat sommige artsen eigenaar zijn van het materiaal?

ANTWOORD

op vraag nr. 791 van 20 juli 2017

van **FREYA SAEYS**

1. Juni 2018 is de uiterste datum die we vooropstellen om een eisenkader m.b.t. de desinfectie van flexibele endoscopen klaar te hebben, dit in samenwerking met de sector.
2. Op initiatief van Zorg en Gezondheid, zal o.a. op basis van het beleidsrapport van Zorginspectie, samen met de expertengroep een nieuw en definitief eisenkader worden opgemaakt. Dit eisenkader wordt voorgelegd aan het kabinet ter goedkeuring. Na goedkeuring door de minister wordt het gepubliceerd op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid en treedt het meteen in werking. Zorg en Gezondheid zal samen met Zorginspectie verder bekijken hoe de toepassing van dit definitieve eisenkader zal opgevolgd worden.
3. Voorlopig heeft Zorginspectie geen nieuwe inspecties gepland rond dit thema.
4. Er wordt verwacht dat dit eisenkader wordt opgevolgd en toegepast binnen alle ziekenhuispraktijken die desinfectie van flexibele endoscopen uitvoeren . Aangezien het eisenkader in samenwerking met de sector wordt opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van gevalideerde bronnen en best practices, is er geen reden om zich hieraan te onttrekken. Ook indien artsen eigenaar zijn van het materiaal is dit geen exclusie argument.