

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 79
van **PETER VAN ROMPUY**
datum: 23 oktober 2017

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Incident Laborelec Linkebeek - Gevolgen volksgezondheid

Op 28/09/2017 rukten de hulpdiensten uit naar het bedrijf Laborelec in Linkebeek omdat daar een gevaarlijke stof was vrijgekomen in één van de testlabo's.

1. a) Welke gevaarlijke stof is vrijgekomen in het testlabo?
b) Wat zijn hiervan de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid?
2. Was er op het moment van de evacuatie een gevaar voor de volksgezondheid?

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 79 van 23 oktober 2017

van **PETER VAN ROMPUY**

1. In het testlabo van het bedrijf Laborelec is op 28 september 2017 broom gelekt uit een testbatterij. Broom is bij kamertemperatuur een vloeistof, maar gaat door zijn laag kookpunt van 58,8 °C makkelijk over naar gasfase. Na activatie van het automatische alarm werd het lokaal afgesloten en werden de aanwezige dampen afgezogen. Het nog aanwezige broom in vloeistoffase werd door een gespecialiseerde firma verwijderd. Tijdens het incident is er geen broom vrijgekomen in het leefmilieu. Broom kan door de huid in het lichaam worden opgenomen. Het is bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Broomdamp is zeer gevaarlijk en kan bij inademen o.a. ademnood veroorzaken.
2. Op het moment van de evacuatie was er geen gevaar voor de volksgezondheid.